

湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：康复科

项目名称	吞咽神经和肌肉电刺激仪				
预算单价 (万元)	7.8	数量 (件/套)	4 台	预算总金额 (万元)	31.2
主要功能要求：					
<p>1、GAME 模式：力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示。</p> <p>2、具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护（电极脱落或未连接电极具有提示）。</p> <p>3、主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到移动设备上。</p> <p>4、最大使用电流限制保护功能：主机以及软件程序均具有电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护。防止患者不慎触碰电流调节程序，增大电流到最大限制电流，主机提示电流已达到最大。</p>					
配置清单：					
	设备名称	数量	单位		
1	平板	壹	台		
2	主机	壹	台		
3	电源线	壹	条		
4	电源适配器	壹	个		
5	电极线	壹	条		
6	EVA 包	壹	个		
7	电极片	伍	包		
8	使用说明书	壹	份		
9	合格证	壹	份		
10	保修卡	壹	份		
11	装箱单	壹	份		



湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：康复科

项目名称	极超短波治疗机				
预算单价 (万元)	19.8	数量 (件/套)	1 台	预算总金额 (万元)	19.8
主要功能要求： 1、输出通道：双通道。 2、配有可旋转支臂，方便医务人员操作 3、可根据需求对治疗头进行更换，方便患者进行选配。 4、具有电容触控操作平台。 5、增加预热功能保证整机系统的稳定性。 6、具有超温报警功能。 7、具有空载保护功能。 8、具有过压、过流保护功能。					
配置清单：					
	设备名称	数量	单位		
	主机	壹	台		
	支臂	壹	个		
	输出线	壹	条		
	熔断器	贰	个		
	电源线	壹	条		
	圆形辐射器	壹	个		
	长方体辐射器	壹	个		
	使用说明书	壹	份		
	合格证	壹	份		
	保修卡	壹	份		



湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：康复科

项目名称	手功能康复机器人				
预算单价 (万元)	9.8	数量 (件/套)	1台	预算总金额 (万元)	9.8

主要功能要求：

- 1、治疗模式：连续电刺激、5种断续电刺激。
- 2、支持左右手切换使用。

配置清单：

	设备名称	数量	单位
	主机	壹	台
	电源适配器	壹	个
	塑料盒	壹	个
	湿巾	壹	包
	导电海绵	壹	套
	布指套	伍拾	个
	使用说明书	壹	份
	保修卡	壹	份
	装箱单	壹	份



湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：康复科

项目名称	经颅磁刺激器				
预算单价 (万元)	69.8	数量 (件/套)	1 台	预算总金额 (万元)	69.8
主要功能要求： <ol style="list-style-type: none"> 1. 刺激方式：手动和自动程序刺激。 2. 治疗时间：由选定的串数量，间歇时间，周期组数和刺激频率共同决定，允差±10%。 3. 温度控制：刺激线圈实时显示温度，可在设备电脑操作软件与主机箱小液晶显示屏上进行双模式展示，当温度达到设定报警温度时自动停止输出。 					
配置清单：					
	设备名称	数量	单位		
1	主机	壹	台		
2	电源线	壹	条		
3	一体机	壹	套		
4	内六角扳手	壹	个		
5	套筒螺丝刀	壹	个		
6	经颅磁治疗帽	贰	个		
7	熔断器	陆	个		
8	刺激线圈	壹	套		
9	说明说明书	壹	份		
10	合格证	壹	份		
11	保修卡	壹	份		
12	装箱单	壹	份		

